





2025 年 6 月 20 日科研楼实验室安全隐患排查、卫生巡查异常情况通报

2025 年 6 月 20 日科研中心教职工对第五实验楼、第二实验楼五六楼、第四实验楼一二楼科研实验室进行安全隐患排查及卫生检查，检查结果如下：

序号	日期	存在问题	所在位置	照片
1	6.20	烘箱在使用过程中上方有物品	第五实验楼 106	
2	6.20	地面脏	第五实验楼 203	
3	6.20	实验台有饮料及实验室乱	第五实验楼 404	

4	6.20	实验室有吃的	第五实验楼 405	 第五实验楼405实验台上有饮料和食物
5	6.20	实验室有吃的	第五实验楼 510	 第五实验楼510有饮料在实验台上
6	6.20	高压灭菌锅使用未登记	第二实验楼 504	 第二实验楼504
7	6.20	烘箱使用未登记	第二实验楼 604	 第二实验楼604烘箱使用未登记

8	6.20	烘箱使用 未登记	第二实验楼 620	
---	------	-------------	--------------	--