




2024 年 9 月 13 日科研楼实验室安全隐患排查、卫生
巡查异常情况通报

2024 年 9 月 13 日科研中心教职工对第五实验楼、第二实验楼五
六楼、第四实验楼一二楼科研实验室进行安全隐患排查及卫生检查，
检查结果如下：

序 号	日期	存在问题	所在位置	照片
1	9.13	烘箱使用 未登记	第五实验楼 101	
2	9.13	地面脏	第五实验楼 108	

3	9.13	烘箱使用 未登记	第五实验楼 319	
4	9.13	无人空调 开启	第五实验楼 317	
5	9.13	白大褂杂 乱	第五实验楼 313	
6	9.13	水槽堵	第五实验楼 311	

7	9.13	实验室有 水杯	第五实验楼 402	
8	9.13	实验室有 水杯	第五实验楼 505	
9	9.13	实验室有 水杯	第五实验楼 610	

10	9.13	实验室有食品垃圾	第二实验楼 516	
11	9.13	实验室门口垃圾未及时清理	第二实验楼 503	
12	9.13	烘箱使用未登记	第五实验楼 405	

13	9.13	钢瓶未固定	第五实验楼 515	
14	9.13	实验室有 折叠床	第五实验楼 605	