2025 年 6 月 13 日科研楼实验室安全隐患排查、卫生巡查异常情况通报

2025 年 6 月 13 日科研中心教职工对第五实验楼、第二实验楼五六楼、第四实验楼一二楼科研实验室进行安全隐患排查及卫生检查，检查结果如下：

序号	日期	存在问题	所在位置	照片
1	6.13	地面积水	第五实验楼105	
2	6.13	钢瓶未固定	第五实验楼111	
3	6.13	充电器未拔	第五实验楼507	

4	6.13	桌面有食物	第五实验楼415	
5	6.13	冰箱附近地面有水	第五实验楼602	
6	6.13	地面有垃圾，未清理	第五实验楼605	
7	6.13	门口放试剂	第二实验楼502	

8	6.13	实验室内放水杯	第二实验楼606	
9	6.13	废液不盖盖子	第二实验楼619	