

2024 年 5 月 10 日科研楼实验室安全隐患排查、卫生
巡查异常情况通报

2024 年 5 月 10 日科研中心教职工对第五实验楼、第二实验楼五六楼、第四实验楼一二楼科研实验室进行安全隐患排查及卫生检查，检查结果如下：

序号	日期	存在问题	所在位置	照片
1	5.10	烘箱使用未登记	第二实验楼 612	 第2实验楼612未登记
2	5.10	玻璃试剂瓶未及时清理	第二实验楼 619	 第二实验楼619玻璃试剂瓶未清理
3	5.10	实验室有 水杯和食物	第五实验楼 610	 第五实验楼610有水杯和食物

4	5.10	实验室地面脏	第五实验楼 512	
5	5.10	实验室无人开着空调	第五实验楼 317	
6	5.10	烘箱使用未登记	第五实验楼 101、105	
7	5.10	实验室地面脏	第五实验楼 112	

8	5.10	钢瓶未固定	第五实验楼 111	 第五实验楼111钢瓶未固定
9	5.10	垃圾未及时清理	第四实验楼 212	 第四实验楼212垃圾满未及时清理