

2025 年 4 月 3 日科研楼实验室安全隐患排查、卫生巡查异常情况通报



2025 年 4 月 3 日科研中心教职工对第五实验楼、第二实验楼五六楼、第四实验楼一二楼科研实验室进行安全隐患排查及卫生检查，检查结果如下：

序号	日期	存在问题	所在位置	照片
1	4.3	实验室内堆放大量容积	第二实验楼 506	
2	4.3	溶剂未盖盖子、桌面脏乱	第二实验楼 619	
3	4.3	实验室内堆放大量容积	第二实验楼 619	

4	4.3	使用烘箱 未登记	第二实验楼 608	
5	4.3	实验室放 水杯	第二实验楼 605	
6	4.3	使用烘箱 未登记	第二实验楼 609	
7	4.3	使用烘箱 未登记	第二实验楼 520	

8	4.3	实验室水槽垃圾未处理	第二实验楼 520	
9	4.3	溶剂堆放在门口	第二实验楼 610	
10	4.3	废液桶未密封	第二实验楼 617	
11	4.3	溶剂堆放在走道	第二实验楼 514	

12	4.3	溶剂堆放在走道	第二实验楼 504	
13	4.3	废液桶未密封	第二实验楼 504	
14	4.3	地面有水	第五实验楼 110	
15	4.3	木箱堵塞通道	第五实验楼 205	

16	4.3	垃圾未倒	第五实验楼 603	
17	4.3	使用烘箱 未登记	第五实验楼 516	
18	4.3	实验鼠未 及时处理	第五实验楼 604	
19	4.3	实验室内 放饮用水	第五实验楼 604	