


2024 年 5 月 24 日科研楼实验室安全隐患排查、卫生
巡查异常情况通报

2024 年 5 月 24 日科研中心教职工对第五实验楼、第二实验楼五
六楼、第四实验楼一二楼科研实验室进行安全隐患排查及卫生检查，
检查结果如下：

序 号	日期	存在问题	所在位置	照片
1	5.24	实验室有 水杯，学生 做实验未 穿白大褂	第五实验楼 612	
2	5.24	实验室有 水杯	第五实验楼 413	
3	5.24	实验室有 水杯和食 物	第五实验楼 401	

4	5.24	烘箱使用 未登记	第四实验楼 202	
5	5.24	榨油机旁 有油渗在 地面	第五实验楼 105	
6	5.24	干燥箱使 用未登记	第五实验楼 106	
7	5.24	卫生不整 洁、地面脏	第五实验楼 114	
8	5.24	温度过高	第五实验楼 309	