




# 2025年5月16日科研楼实验室安全隐患排查、卫生巡查异常情况通报

2025年5月16日科研中心教职工对第五实验楼、第二实验楼五六楼、第四实验楼一二楼科研实验室进行安全隐患排查及卫生检查，检查结果如下：

序号	日期	存在问题	所在位置	照片
1	5.16	烘箱使用未登记	第五实验楼101	
2	5.16	烘箱使用未登记	第五实验楼106	
3	5.16	垃圾未清理	第五实验楼202	

4	5.16	有实验鼠	第五实验楼 603	
5	5.16	有饮料	第五实验楼 505	
6	5.16	使用烘箱 未登记	第三实验楼 616	

7	5.16	试剂堆放在走道	第二实验楼 616	
8	5.16	试剂瓶未盖盖子	第二实验楼 601	
9	5.16	废液桶没盖盖子	第二实验楼 617	
10	5.16	门口堆放试剂	第二实验楼 619	

11	5.16	废液桶没盖盖子	第二实验楼 513	 <p>第二实验楼513废液桶没盖盖子</p>
12	5.16	烘箱使用未登记	第二实验楼 506	 <p>101型 电热鼓风干燥箱</p> <p>第二实验楼506烘箱使用未登记</p>
13	5.16	烘箱使用未登记	第二实验楼 502	 <p>第二实验楼502烘箱使用未登记</p>

