


2024 年 11 月 15 日科研楼实验室安全隐患排查、卫生巡查异常情况通报

2024 年 11 月 15 日科研中心教职工对第五实验楼、第二实验楼五六楼、第四实验楼一二楼科研实验室进行安全隐患排查及卫生检查，检查结果如下：

序号	日期	存在问题	所在位置	照片
1	11.15	门脏、有机器漏油	第五实验楼 107	 107门脏 107有机器漏油
2	11.15	消防设施乱放杂物	第五实验楼 112	 112消防设施乱放杂物
3	11.15	地面脏	第五实验楼 217	 217地面脏

4	11.15	烘箱使用 未登记	第五实验楼 205	
5	11.15	纸箱太多 存在安全 隐患	第五实验楼 317	
6	11.15	冰箱门未 关闭	第五实验楼 317	
7	11.15	烘箱使用 未登记	第五实验楼 319	

8	11.15	实验室有食物和水杯	第五实验楼 401	
9	11.15	实验室有食物和水杯	第五实验楼 415	
10	11.15	细胞房杂物乱丢	第五实验楼 502	
11	11.15	烘箱使用未登记	第五实验楼 511	
12	11.15	有学生在实验室吃蛋糕喝水	第五实验楼 608	

13	11.15	实验室有 水杯	第二实验楼 608	 
----	-------	------------	--------------	---