


2025 年 2 月 28 日科研楼实验室安全隐患排查、卫生
巡查异常情况通报

2025 年 2 月 28 日科研中心教职工对第五实验楼、第二实验楼五
六楼、第四实验楼一二楼科研实验室进行安全隐患排查及卫生检查，
检查结果如下：

序 号	日期	存在问题	所在位置	照片
1	2.28	多余纸箱 堆积	第五实验楼 112	
2	2.28	地面脏	第五实验楼 118	
3	2.28	物品堵塞 通道	第五实验楼 202	

4	2.28	地面有垃圾	第五实验楼 311	
5	2.28	烘箱使用未登记	第五实验楼 319	
6	2.28	多放纸箱	第五实验楼 612	

7	2.28	实验台有 水杯	第五实验楼 503	 第五实验楼503实验台有水杯
8	2.28	实验台有 水杯	第五实验楼 612	 第五实验楼612实验台有水杯
9	2.28	实验台有 水杯和水 果	第五实验楼 403	 第五实验楼403实验台有水杯和水果

10	2.28	饮水	第五实验楼 604	
11	2.28	烘箱使用 未登记	第二实验楼 619	