



2025年6月27日科研楼实验室安全隐患排查、卫生巡查异常情况通报

2025年6月27日科研中心教职工对第五实验楼、第二实验楼五六楼、第四实验楼一二楼科研实验室进行安全隐患排查及卫生检查，检查结果如下：

序号	日期	存在问题	所在位置	照片
1	6.27	地面脏	第五实验楼 118	
2	6.27	水龙头滴水	第五实验楼 305	
3	6.27	溶剂桶存放在门口	第二实验楼 619	

4	6.27	烘箱堵往 过道	第二实验楼 620	
5	6.27	烘箱使用 未登记	第五实验楼 610	
6	6.27	有饮料	第五实验楼 610	

7	6.27	有饮料	第五实验楼 407	<p>第五实验楼407</p> 
8	6.27	垃圾未清理，生活垃圾实验垃圾混放	第五实验楼 413	<p>第五实验楼413</p> 
9	6.27	烘箱使用未登记	第五实验楼 516	<p>第五实验楼516</p> 

10	6.27	有水杯	第五实验楼 512	 <p>第五实验楼512有水杯</p>
----	------	-----	--------------	---