



2024 年 1 月 5 日科研楼实验室安全隐患排查、卫生巡查异常情况通报

2024 年 1 月 5 日科研中心教职工对第五实验楼、第二实验楼五六楼、第四实验楼一二楼科研实验室进行安全隐患排查及卫生检查，检查结果如下：

序号	日期	存在问题	所在位置	照片
1	1.5	喷淋装置不出水	第二实验楼五六层	
2	1.5	烘箱使用未登记，垃圾未及时清理	第二实验楼 620	

3	1.5	高压灭菌锅使用未登记	第五实验楼 608	
4	1.5	有食物垃圾	第五实验楼 606	
5	1.5	垃圾未及时清理	第五实验楼 516	
6	1.5	烘箱使用未登记	第五实验楼 403	

7	1.5	干燥箱使用未登记	第四实验楼 115	
8	1.5	烘箱使用未登记	第四实验楼 202	
9	1.5	水龙头滴水	第四实验楼 214	

10	1.5	烘箱使用 未登记	第五实验楼 205	
11	1.5	气瓶未固 定	第五实验楼 311	