


2025 年 7 月 4 日科研楼实验室安全隐患排查、卫生巡查异常情况通报

2025 年 7 月 4 日科研中心教职工对第五实验楼、第二实验楼五六楼、第四实验楼一二楼科研实验室进行安全隐患排查及卫生检查，检查结果如下：

| 序号 | 日期  | 存在问题    | 所在位置      | 照片                                                                                                      |
|----|-----|---------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 7.4 | 垃圾满     | 第四实验楼 214 |  <p>第四实验楼214垃圾满</p>  |
| 2  | 7.4 | 实验室有 水杯 | 第五实验楼 102 |  <p>102实验室桌面上水杯</p> |
| 3  | 7.4 | 实验室有 水杯 | 第五实验楼 214 |  <p>214桌面上水杯</p>    |

|   |     |            |              |                                                                                                           |
|---|-----|------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4 | 7.4 | 水槽堵塞       | 第二实验楼<br>520 |  <p>第二实验楼520水槽堵塞</p>    |
| 5 | 7.4 | 实验台有<br>饮料 | 第五实验楼<br>404 |  <p>第五实验楼404实验台有饮料</p> |

|   |     |            |              |                                                                                                          |
|---|-----|------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6 | 7.4 | 纸箱摆放<br>凌乱 | 第五实验楼<br>612 |  <p>第五实验楼612纸箱摆放凌乱</p> |
|---|-----|------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|