

巡查报告：

周一二楼屏障空调系统发生故障的情况下，经过全体师生的共同努力，现屏障环境已恢复正常运转。今天实验动物楼组织教师对屏障系统进行每周例行安全卫生检查，各实验室卫生条件保持良好。检查中存在问题的实验室和课题组如下：

房 间	问题描述	问题场景照片
304 室	<ol style="list-style-type: none">1、 存在问题：水瓶内多余的饮用水未清理。2、 整改建议：水瓶里的水随用随装，多余的水及时倒掉以防动物饮水长时间存放导致饮用水出现微生物污染。	
307 室	<ol style="list-style-type: none">1. 存在问题：水瓶未加盖，多余的水未倒掉。2. 整改建议：水瓶里的水随用随装，多余的水及时倒掉以防动物饮水长时间存放导致饮用水出现微生物污染。	

洁净走廊	<p>1. 存在问题: 超净工作台紫外灯长时间开启。</p> <p>2. 整改建议: 使用前后 30 分钟开启, 用完及时关闭紫外灯。</p>	
------	---	--

良好的卫生环境是保障实验动物健康, 获得可靠实验数据的重要保证, 请各位老师同学引起重视, 对照以上问题进行自查, 及时整改。

实验动物中心

科研中心

2022.03.25