



2023 年 09 月 15 日科研楼实验室安全隐患排查、卫生
巡查异常情况通报


2023 年 09 月 15 日科研中心教职工对第五实验楼、第二实验楼五六楼、第四实验楼一二楼科研实验室进行安全隐患排查及卫生检查，检查结果如下：

序号	日期	存在问题	所在位置	照片
1	09.15	实验室有水杯	第二实验楼 608	
2	09.15	垃圾桶里有食物垃圾	第二实验楼 611	

3	09.15	烘箱上堆积纸盒	第二实验楼 616	
4	09.15	做实验未穿白大褂	第二实验楼 619	
5	09.15	地面积水	第四实验楼 208	

6	09.15	水龙头滴水	第四实验楼 2 楼细胞房	
7	09.15	烘箱使用未登记	第五实验楼 120	
8	09.15	水龙头滴水	第五实验楼 106	

9	09.15	水池有杂物	第五实验楼207	
10	09.15	垃圾未倒且有吃的	第五实验楼401	
11	09.15	烘箱使用未登记	第五实验楼406	

12	09.15	烘箱使用未登记	第五实验楼407	
13	09.15	有饮料	第五实验楼416	
14	09.15	垃圾未倒	第五实验楼511	

15	09.15	纸箱堆积多	第五实验楼 520	
----	-------	-------	--------------	--