

2025年4月30日科研楼实验室安全隐患排查、卫生巡查异常情况通报

2025年4月30日科研中心教职工对第五实验楼、第二实验楼五六楼、第四实验楼一二楼科研实验室进行安全隐患排查及卫生检查，检查结果如下：

序号	日期	存在问题	所在位置	照片
1	4.30	地面脏	第五实验楼 102	 <p>第五实验楼102 地面脏</p>
2	4.30	地面脏	第五实验楼 118	 <p>第五实验楼118 地面脏</p>
3	4.30	垃圾满	第五实验楼 311	 <p>第五实验楼 311 垃圾满</p>

4	4.30	溶剂堆放 门口	第二实验楼 601	 <p>601溶剂堆放门口</p>
5	4.30	有水杯	第二实验楼 609	 <p>609实验室喝水水杯</p>

6	4.30	废液桶不密封	第二实验楼 508	
7	4.30	大门边堆放溶剂	第二实验楼 617	

8	4.30	门口堆放溶剂	第二实验楼 619	 <p>619门口堆放溶剂</p>
9	4.30	门口堆放溶剂	第二实验楼 619	 <p>619溶剂放门口</p>

10	4.30	烘箱没看到登记本	第二实验楼 619	
11	4.30	有水杯	第二实验楼 608 实验	
12	4.30	有水杯	第二实验 608	
13	4.30	水池旁堆 放药品杂 物	第二实验楼 616	

14	4.30	废液桶未盖盖子	第二实验楼 513	 <p>第2实验楼513实验室废液桶未盖盖子</p>
15	4.30	实验垃圾中混入生活垃圾	第五实验楼 415	 <p>第五实验楼 415</p>

16	4.30	实验台未清理	集五实验楼 416	 <p>第五实验楼416实验台未清理</p>
17	4.30	没穿实验服做实验	第五实验楼 404	 <p>第五实验楼 404</p>