

2024 年 3 月 22 日科研楼实验室安全隐患排查、卫生
巡查异常情况通报

2024 年 3 月 22 日科研中心教职工对第五实验楼、第二实验楼五
六楼、第四实验楼一二楼科研实验室进行安全隐患排查及卫生检查，
检查结果如下：

序 号	日期	存在问题	所在位置	照片
1	3.22	真空干燥箱使用未 登记	第五实验楼 106	
2	3.22	过道太窄	第五实验楼 202	

3	3.22	钢瓶未固定	第五实验楼 311	
4	3.22	实验室饮水	第五实验楼 604	
5	3.22	垃圾桶未及时清理	第五实验楼 511	
6	3.22	气温未达到使用空调温度	第五实验楼 602	