


实验动物中心卫生巡查报告：

2024 年 9 月 2 日实验动物中心组织教师对屏障系统进行例行卫生检查，发现部分饲养室接的动物饮用水长时间存放在饲养室，换下的笼盒或水瓶未及时带走清洗，部分课题组少数笼盒垫料更换不及时。现将检查结果通报如下：

房 间	问题描述	问题场景照片
201	1.存在问题：有一笼忘加饮水，2 只小鼠死亡，剩下同笼小鼠状态差；换下笼盒未带出清洗。 2.整改建议：每次换完笼复查下笼盒；换下的笼盒及时带出屏障清洗。	

203	1.存在问题：饮用水长时间保存在饲养室内；分装的饲料直接放置裸露放置在地面。 2.整改建议：按需取水；分装多余的饲料装回包装袋扎进袋口。	 
204	1.存在问题：饮用水长时间保存在饲养室内；部分笼盒垫料脏。 2.整改建议：按需取水；及时更换垫料。	

		
205	1.存在问题：换下水瓶未带走清洗。 2.整改建议：试验结束将换下水瓶带出屏障清洗。	
206	1.存在问题：换下水瓶未带走清洗。 2.整改建议：试验结束将换下水瓶带出屏障清洗。	

208	1.存在问题：饮用水长时间保存在饲养室内。 2.整改建议：按需取水。	
210	1.存在问题：饮用水长时间保存在饲养室内。 2.整改建议：按需取水。	

良好的卫生环境是保障实验动物健康, 获得可靠实验数据的重要保障, 饮用水长时间存放易滋生细菌, 请各位老师同学引起重视, 对照以上问题进行自查, 及时整改。

实验动物中心
2024.9.2