

实验动物中心卫生巡查报告：

2023 年 6 月 30 日上午实验动物中心组织教师对屏障系统进行每周例行安全卫生检查，检查发现部分课题组笼架积灰厚，部分课题组用过的水瓶未清洗，301 手术操作室卫生较差，现通报如下：

房 间	问题描述	问题场景照片
301 室	1.存在问题：实验产生垃圾未带走。 2.整改要求：各课题组做完实验后打扫卫生将垃圾带出屏障。	
303 室	1.存在问题：谢家和、张书永组部分笼架顶层积灰较多。 2.整改建议：每周用 84 消毒液清洁笼架。	

304	1.存在问题：部分课题组笼架顶层积灰较多。 2.整改建议：每周用 84 消毒液清洁笼架。	
306	1.存在问题：部分课题组笼架顶层积灰较多。 2.整改建议：每周用 84 消毒液清洁笼架。	

307	1.存在问题：给动物的饮用水长时间存在实验室内。 2.整改建议：按需接水，随接随用。	
310	1.存在问题：用过的水瓶未带走清洗。 2.整改建议：换下的水瓶及时带走清洗。	

良好的卫生环境是保障实验动物健康, 获得可靠实验数据的重要保证, 请各位老师同学引起重视, 对照以上问题进行自查, 及时整改。

实验动物中心
 科研中心
 2023.06.30