


2024年12月20日科研楼实验室安全隐患排查、卫生巡查异常情况通报

2024年12月20日科研中心教职工对第五实验楼、第二实验楼五六楼、第四实验楼一二楼科研实验室进行安全隐患排查及卫生检查，检查结果如下：

序号	日期	存在问题	所在位置	照片
1	12.20	地面积水 有废纸箱	第五实验楼 110	 <p>第五实验楼110 地面积水 有废纸箱</p>
2	12.20	钢瓶未固定	第五实验楼 118	 <p>第五实验楼118 钢瓶未固定</p>

3	12.20	水管漏水	第五实验楼 316	
4	12.20	实验室有 水杯	第五实验楼 604	
5	12.20	实验室有 食物垃圾, 烘箱使用 未登记	第二实验楼 508	
6	12.20	六楼一侧 喷淋装置 无水	第二实验楼 六楼	