



2024 年 4 月 26 日科研楼实验室安全隐患排查、卫生巡查异常情况通报

2024 年 4 月 26 日科研中心教职工对第五实验楼、第二实验楼五六楼、第四实验楼一二楼科研实验室进行安全隐患排查及卫生检查，检查结果如下：

序号	日期	存在问题	所在位置	照片
1	4.26	垃圾未及时清理	第二实验楼五楼细胞房门口	
2	4.26	实验室有水杯和食物	第二实验楼 506	
3	4.26	烘箱使用未登记	第二实验楼 619	

4	4.26	地面脏	第五实验楼 101、112	
5	4.26	做实验未穿白大褂	第五实验楼 320	
6	4.26	烘箱使用未登记	第五实验楼 403	
7	4.26	实验室有 水杯	第五实验楼 416	

8	4.26	大门未关	第五实验楼 五楼	 五楼大门没有关
9	4.26	烘箱使用 未登记	第五实验楼 511	 511烘箱未登记
10	4.26	垃圾未倒	第五实验楼 615	 615垃圾未倒
11	4.26	实验室有 水杯	第五实验楼 610	 610实验室有水杯