



2023 年 12 月 29 日科研楼实验室安全隐患排查、卫生 巡查异常情况通报

2023 年 12 月 29 日科研中心教职工对第五实验楼、第二实验楼五六楼、第四实验楼一二楼科研实验室进行安全隐患排查及卫生检查，检查结果如下：

序号	日期	存在问题	所在位置	照片
1	12.29	烘箱使用未登记	第四实验楼 202	 A photograph of a blue oven in a laboratory. A red text overlay reads "202烘箱使用未登记". A yellow warning sign on the oven door says "注意高温 小心烫伤".
2	12.29	水龙头滴水	第四实验楼 214	 A photograph of a green faucet dripping water onto a black lab bench. A red text overlay reads "第四实验楼214水龙头滴水".
3	12.29	地面脏	第五实验楼 109	 A photograph of a red fire extinguisher box on a dirty floor. A red text overlay reads "第五实验楼109 地面脏".

4	12.29	桌面手套 乱扔	第五实验楼 205	
5	12.29	有水杯	第五实验楼 213	
6	12.29	钢瓶未固 定	第五实验楼 514	
7	12.29	地面脏	第五实验楼 605	

8	12.29	烘箱使用 未登记	第二实验楼 503	
9	12.29	做实验未 穿白大褂	第二实验楼 514	
10	12.29	烘箱使用 未登记	第二实验楼 614	
11	12.29	烘箱使用 未登记	第二实验楼 606	