

## 巡查报告：

本周五实验动物楼组织教师对屏障系统进行每周例行安全卫生检查，整体卫生比较干净，在检查中发现部分课题组换下的水瓶未带出屏障清洗。检查中存在问题的实验室和课题组如下：

房间	问题描述	问题场景照片
303室	<p><b>1.存在问题：</b>未用的水瓶装满水存放在饲养室。</p> <p><b>2.整改建议：</b>动物饮用水随用随装，不宜装满水长时间存放在饲养室内，易滋生细菌。</p>	
304室	<p><b>1.存在问题：</b>用过的水瓶未清洗，实验产生的垃圾随意丢在地板上。</p> <p><b>2.整改建议：</b>水瓶单次使用，用过的水瓶带出屏障清洗。实验产生的垃圾及时带出屏障。</p>	

		
306	<p><b>1.存在问题:</b> 部分回风过滤网灰尘较多。</p> <p><b>2.整改建议:</b> 每周打扫卫生时检查一下回风过滤网,发现有积灰及时清洗晾干。</p>	
308	<p><b>1.存在问题:</b> 少数 IVC 笼盒空气过滤器滤芯缺失。</p> <p><b>2.整改建议:</b> 破损的空气过滤滤芯及时更换。</p>	

洁净走廊	<p><b>1.存在问题：</b>用过的水瓶未清洗。</p> <p><b>2.整改建议：</b>水瓶单次使用，用过的水瓶带出屏障清洗。</p>	
------	---	--

良好的卫生环境是保障实验动物健康, 获得可靠实验数据的重要保证, 请各位老师同学引起重视, 对照以上问题进行自查, 及时整改。

实验动物中心

科研中心

2022.06.17