



2023 年 12 月 15 日科研楼实验室安全隐患排查、卫生
巡查异常情况通报

2023 年 12 月 15 日科研中心教职工对第五实验楼、第二实验楼五六楼、第四实验楼一二楼科研实验室进行安全隐患排查及卫生检查，检查结果如下：

序号	日期	存在问题	所在位置	照片
1	12.15	烘箱使用未登记	第四实验楼 202	 A photograph of a blue laboratory oven. A red text overlay reads "202烘箱未登记". A yellow warning label on the oven door says "注意高温 小心烫伤".
2	12.15	做实验未穿实验服	第五实验楼 112	
3	12.15	门锁坏	第五实验楼 113	 A close-up photograph of a broken metal door lock mechanism on a dark door. A red text overlay reads "第五实验楼113 门锁坏".

4	12.15	地面有积水	第五实验楼 314	
5	12.15	有食品垃圾	第五实验楼 405	
6	12.15	实验室有食品	第五实验楼 413	
7	12.15	钢瓶未固定	第五实验楼 516	

8	12.15	钢瓶未固定	第五实验楼 515	
9	12.15	烘箱使用未登记	第五实验楼 602	
10	12.15	烘箱使用未登记	第二实验楼 503	
11	12.15	烘箱使用未登记	第二实验楼 520	

12	12.15	烘箱使用未登记	第二实验楼 606	
13	12.15	烘箱使用未登记	第二实验楼 614	